



Primus-HD® / Primus-HD® Yellow

→ **Caractéristiques** (Ref. PRIMUS-HD / Version Jaune : PRIMUS-HDY)

TYPE	Monofocal
MATÉRIAU	Acrylique hydrophobe Filtre UV (Primus-HD® Yellow avec filtre de lumière bleue)
DESIGN	Monobloc Anses en C
OPTIQUE	Biconvexe, convexe en postérieur, asphérique mais correctrice
SPÉCIFICATIONS	Préchargé Bords carrés à 360°
DIAMÈTRE OPTIQUE / DIAMÈTRE TOTAL	6.00 mm / 13.00 mm
ANGULATION	1.5°
INDICE DE RÉFRACTION	1.48
PUISSANCE (DIOPTRIE)	- 10.0 D à + 36.0 D (par pas de 0.5 D)
CONSTANTE A ESTIMÉ	Ultrasonique : 118.9

CONSTANTE A OPTIMISÉE POUR BIOMÈTRE OPTIQUE :



NOMINAL	A = 118.9	HAIGIS	a0 = 1.499 / a1 = 0.4 / a2 = 0.1
HOFFER Q	pACD = 5.688	HOLL.	sf = 1.949
SRK/T	A = 119.189	SRK II	A = 119.588
BARRETT	DF = 2.5 / LF = 2.0		

→ Schémas techniques

Primus-HD® / Yellow

DIAMÈTRE OPTIQUE	DIAMÈTRE TOTAL	DIOPTRIE
6.00 mm	13.00 mm	de - 10.0 D à + 36.0 D

LE PRIMUS-HD® YELLOW,
VUE DE FACE →



← LE PRIMUS-HD® YELLOW,
VUE EN COUPE

↑ SCHÉMAS DE L'IMPLANT
PRIMUS-HD® EN VERSION
CLASSIQUE ET EN VERSION JAUNE.


ANGULATION 1.5°

BORDS CARRÉS À 360°


LES IMPLANTS INTRAOCULAIRES PRIMUS-HD® SONT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE CLASSE IIB. FABRICANT : OPHTHALMO PRO GMBH OU EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY. DISTRIBUTEUR : OPHTA-FRANCE. ORGANISME NOTIFIÉ : ECM DU TŪU RHEINLAND. CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ. POUR UN BON USAGE DU PRODUIT, MERCI DE VOUS REPORTER À LA NOTICE DU PRODUIT.

→ Système d'injection


Système préchargé Prosert® :



Après avoir injecté le viscoélastique, l'injecteur est prêt à l'emploi.




- L'embout « Dynamic-Tip » permet des implantations à travers des incisions de 2,0 à 2,2 mm



- Diamètre externe de l'extrémité de la cartouche : 1,78 mm


Étape 1 : Hydratation de la lentille

Laisser l'injecteur dans le blister pour injecter le viscoélastique par l'orifice prévu à cet effet, afin d'hydrater la lentille.



Étape 2 : Préparation à l'implantation

Retirer l'injecteur du blister lorsque le chirurgien est prêt pour l'implantation.



Étape 3 : Implantation

Pousser lentement la LIO en tournant la poignée de la vis dans le sens des aiguilles d'une montre vers la pointe de l'injecteur jusqu'à ce que l'haptique avant ait atteint le biseau. Insérer la pointe de l'injecteur biseau vers le bas à travers l'incision et libérer la lentille dans le sac capsulaire en tournant doucement la poignée à vis.